单一来源采购专家论证意见

专家姓名	王[illegible]	职　称	高2
工作单位	中铁十局集团第五建筑有限公司		
采购单位名称	洛阳市偃师区岳滩镇卫生院		
采购项目名称	洛阳市偃师区岳滩镇卫生院CT机购买年度维保服务项目		
供应商名称	东软医疗系统股份有限公司		
专家论证意见	本项目为CT设备球管更换售后服务项目，因设备技术具有唯一性，其他供应商无法提供一体化售后服务，本次项目符合《中华人民共和国政府采购法》第二十一条"只能从唯一供应商处采购的情形，申请单一来源采购，具体理由如下： 1.医疗器械注册合规要求：CT机属于第三类医疗器械，球管为CT核心关键部件，已纳入器械注册范围，不得随意更换。 2.专业技术限制与替代。该设备为国内首创机型，目前除原厂外，无其他单位具备该型号球管维修技术能力。 3.供货渠道唯一，该球管由飞利浦公司生产，并与东软医疗系统股份有限公司签署战略合作协议，为专供型号，同型号球管东软医疗系统股份有限公司为国内唯一供应商。 建议采用单一来源采购方式进行采购。		
	专家签名：王[illegible]　　2026年 11 月 12 日		

本表专家一人一表填写论证意见并签字