单一来源采购专家论证意见

专家姓名	吴某	职　称	工程师
工作单位	洛阳师中心医院		
采购单位名称	洛阳市偃师区岳滩镇卫生院		
采购项目名称	洛阳市偃师区岳滩镇卫生院CT机购买年度维保服务项目		
供应商名称	东软医疗系统股份有限公司		
专家论证意见	洛阳市偃师区岳滩镇卫生院，购买东软医疗系统股份有限公司NeuViz 16 classic CT机，CT核心更换件是球管，球管的更换和使用NMPA在注册许可时，为了避免引发CT机安全性和有效性，必须与主机注册类型一致，球管应纯使用。根据国家药监局规定，必须使用原厂和合格型号，同型号球管东软医疗系统股份有限公司为中国大陆唯一供应商。 建议：单一来源采购。		
	专家签名：吴某　　2024年 11月 12日		

本表专家一人一表填写论证意见并签字